



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00035/2020

Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 0022020 de 03/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 140, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de Raio-X digital para uso no setor de radiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Planalto PR, de acordo com a Resolução SESA nº 773/2019 de 05 de dezembro de 2019.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Raio-x 500 Ma FINALIDADE: para realização de exames/aquisições de radiografias digitais (DR) em pacientes adultos, pediátricos ou mesmo neonatal, em casos de emergência e entre outras. HARDWARE devem possuir: Gerador de alta tensão e alta frequência de 30KHz ou maior; Potência do gerador de 50kW ou maior; Painei/console com Display digital para exibição de kV, mA, tempo/mas, dose de radiação e mensagens de erros; Potência focal de 35/55kW ou maior; TUBO DE RAO X devem possuir: Anodo giratório de 8000 rpm ou superior; Capacidade térmica do conjunto de 1500 kHU ou superior; Capacidade térmica do anodo de 180 kHU ou superior; Colimador manual com iluminação por LED e temporizador para desligamento automático da luz em 30 segundos ou superior; Estativa porta tubo com braço do tipo telescópico de deslocamento mínimo de 20 cm; Travas eletromagnéticas para todos os movimentos; Software com ajuste de brilho e contraste, a

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 274.250,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 249.900,0000 e com valor negociado a R\$ 234.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 274.000,0000	R\$ 274.000,0000	09/10/2020 14:28:48

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: lotus

Modelo / Versão: HF630M DIGITAL C/ DR CSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico MODELO HF630M Digital c/DR CSI , de 150KV/ 50KW/630mA, com mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequencia e comando. GERADOR Tensão de alimentação 220/380VAC , TRIFÁSICO , AC 50/60Hz, Frequencia 112 kHz com Faixa de kV de 40KV A 150KV, com ajustes de 1KV (opção 0,5KV) com faixa de mA 15 a 630mA, Faixa de mAs 0,25 A 630 mAs (em mais de 32 passos), Tempo de exposição 0,002 a 6,30s; capacidade de armazenamento de 591 técnicas pré-programadas. Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA); MÁXIMA CORRENTE de 630mA; Exibição de parâmetros radiológicos kv, mA, tempo/mAs, dose de radiação e mensagens de erro TUBO DE RAIOS X Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6/1.2 mm ; Velocidade do anodo 10.000 RPM; Tensão máxima tubo 150 kV; Máxima capacidade de acumulação térmica do anodo 300 KHU; Potencia Focal 38/78 KW; Capacidade térmica 1792 KHU COLIMADOR Manual; LED; Temporizador para desligamento automático da lampada 30s MESA Dimensões do tampo ;Tipo do tampo/mesa flutuante 91x 227,5 cm Deslocamento longitudinal do tampo ±68cm; Deslocamento transversal do tampo ±24,5cm; Peso suportado mesa 300kg. Grade mesa fixa de 215 Linhas; ESTATIVA PORTA TUBO tupo chão-chão Deslocamento vertical 158,6 cm; Distancia do ponto focal ao piso 40 a 198,6 cm Grade bucky mural fixa 215 Linhas; Deslocamento longitudinal estativa porta tubo Manual 296,1cm; Movimento telescópico do braço 30 cm Rotação da coluna estativa porta tubo ±180 graus; Giro do tubo de raios ±180°(movimento rotacional); Freios eletromagnéticos para todos os movimentos ESTATIVA BUCKY MURAL com deslocamento vertical de 159.5 cm, grade fixa de 215 linhas e dispositivo centralizador de chassis Distancia do centro do bucky ao piso 36 a 195 cm grade antidifusora removível DETECTORES DE IMAGEM Acompanha (Hum) Detector DR tipo Flat Panel, para uso no bucky da mesa, bucky mural com distancia entre pixel minimo de 140µm, com acabamento externo em fibra de carbono para maior resistencia, com tamanho de matriz de imagem minimo de 2560 x 3072 pixel , com area aproximada efetiva de imagem de 350mm x 430mm ,com Resolução de imagem digital (A/D) de 16 BIT com dimensões aproximadas de (H x W x D) 384x 460X 15mm e peso maximo de 2,9 kg . Portátil 35x43 cm com

cintilador cSi (iodeto de cério). Proteção IP56 Capacidade de carga 300kg sobre a superfície Com sistema de auto detecção de raios x(AED), para não necessitar interligação ao gerador de raios x . Software de aquisição de imagens em português, com todas as ferramentas especificadas no edital, com possibilidade de imprimir imagens em impressora DRY. Estação de trabalho compatível com a aplicação , com especificações mínimas conforme edital Manual de operação em português; Nobreak de tecnologia senoidal online e dupla conversão, compatível com estação de trabalho e seus periféricos, com autonomia de 30 minutos. INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA Garantia de 12 (doze) meses.ASSISTENCIA TÉCNICA NA REGIÃO. Acompanha Manual , registrado na ANVISA sob n.º 80123860005 Marca: PROPRIA Modelo: HF630M Digital c/DR CSI .Validade da proposta 90 (noventa) dias.

28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR	Sim	Sim	1	R\$ 274.188,2000	R\$ 274.188,2000	09/10/2020 18:05:13
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CDK / PIXXGEN

Fabricante: CDK / PIXXGEN

Modelo / Versão: DIAFIX HF / PIXX 1417

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAI0-X 500 MA (ANVISA: 80119610007) FINALIDADE: para realização de exames/aquisições de radiografias digitais (DR) em pacientes adultos, pediátricos ou mesmo neonatal, em casos de emergência e entre outras. HARDWARE devem possuir: Gerador de alta tensão e alta frequência de 30KHz ou maior; Potência do gerador de 50kW ou maior; Pannel/console com Display digital para exibição de kV, mA, tempo/mas, dose de radiação e mensagens de erros; Potência focal de 35/55kW ou maior; TUBO DE RAI0 X devem possuir: Anodo giratório de 8000 rpm ou superior; Capacidade térmica do conjunto de 1500 kHU ou superior; Capacidade térmica do anodo de 180 kHU ou superior; Colimador manual com iluminação por LED e temporizador para desligamento automático da luz em 30 segundos ou superior; Estativa porta tubo com braço do tipo telescópico de deslocamento mínimo de 20 cm; Travas eletromagnéticas para todos os movimentos; Software com ajuste de brilho e contraste, ampliação (zoom), radiografia panorâmica com junção de 2 ou mais imagens, medidas de distância e ângulo, rotação e inversão da imagem Gravador e leitor de CD-R/DVD-R; Sistema de armazenamento de envio dados e imagens no padrão DICOM print, storage, media storage com viewer e worklist, via saída ethernet; Entrada e Saída USB, com possibilidade de gravação de imagens em BMP ou JPG e/ou PDF; Software com interface com usuário em português passível de atualizações futuras, sem necessidade de substituição do hardware; Teclado ou labels totalmente em português. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Capacidade carga de pacientes com 170Kg ou superior; Tubo de Raio-x com duplo foco sendo foco fino de no mínimo 0,6 mm, e foco grosso de no mínimo 1,2; Mesa de exames com tampo flutuante Radiotransparente; Dimensões de 220 cm de comprimento x 80 cm de largura ou superior, sendo tolerável a margem de 10% para mais ou para menos. Deslocamento longitudinal de ± 50 cm ou superior; sendo tolerável a margem de 10% para mais ou para menos. Deslocamento lateral de 24 cm; sendo tolerável a margem de 10% para mais ou para menos. Bucky mural com deslocamento vertical mínimo de 150 cm; sendo tolerável a margem de 10% para mais ou para menos. Distância do centro do bucky ao piso de 40 a 180 cm ou faixa maior; Grade antidifusora móvel. PARÂMETROS E FUNÇÕES devem possuir: Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA até 600mA ou maior; Ajuste de tensão de: 40kV a 150kV com incrementos / resolução de 1KV ou 0,5KV; Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA, até 600mA ou superior; Ajuste de mAs de no mínimo 0,5 a 600mAs ou superior, com no mínimo 32 níveis de seleção; Ajuste do tempo de exposição de no mínimo 0,01 s até 6 s ou superior; Capacidade de armazenamento de no mínimo 200 combinações de técnicas radiológicas para órgãos; Deslocamento longitudinal da estativa de 230 cm ou maior Deslocamento vertical com altura do ponto focal ao piso de no mínimo 40 cm até 180 cm ou superior; Rotação do tubo de raios- X de ± 180 graus para realizar exames em bucky mural e rotação da coluna ou braço porta tubo de ± 90 graus para realizar exames fora da mesa; Aquisição da imagem em máximo 5s; DETECTOR devem possuir: Pannel detector para uso no bucky da mesa e bucky mural; Detector de no mínimo 35x43cm com ou sem fio; Matriz mínima de 1990x2400 pixels ou maior; Tamanho máximo do pixel ési0 (CsI); Conversor A/D de 14bits; Peso máximo do detector de 4 kg com bateria ou sistema capacitivo integrado; Grau de proteção contra líquidos IPX4 ou melhor; Capacidade de carga de até 150 kg sobre a superfície total do detector; ESTAÇÃO DE TRABALHO devem possuir: Estação de controle e aquisição com monitor de LED/LCD de no mínimo 21" ou maior de tela sensível ao toque (touchscreen); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA/E BACKUP DE ENERGIA: Alimentação trifásica 220 V ou 380 V, frequência 60 Hz; Nobreak de tecnologia de senoidal online e dupla conversão, compatível com a potência e consumo para estação de trabalho e seus periféricos, e com autonomia mínima de 30 min.

02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 274.250,0000	R\$ 274.250,0000	09/10/2020 16:53:54
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VMI TECNOLOGIAS LTDA

Fabricante: VMI TECNOLOGIAS LTDA

Modelo / Versão: APOLO D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos proposta para o Item nº 01: RAIOS-X. MARCA/FABRICANTE: VMI TECNOLOGIAS - MODELO: APOLO D - TIPO: RAIOS-X FIXO DIGITAL - REFERÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780001. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL 800 mA - 150 Kv - Mesa / Mural. O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do APOLO D: • Comando e Gerador • Dados Radiológicos • Pannel de Operação/Console • Estativa Porta Tubo • Mesa Bucky • Mural Bucky • Conjunto Emissor de Raios-X • Colimador Luminoso • Pannel de captura de imagens digitais • Estação de aquisição e tratamento de imagens digitais • Acessórios • Comentários Gerais COMANDO E GERADOR: O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores de 50kHz em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. DADOS RADIOLÓGICOS: • Potência do gerador: 64 kW. • Alimentação trifásica 380 Vac - 50/60 Hz • Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 com incrementos de 1 kV. • Faixa de corrente radiográfica de 15 a 800 mA. o Foco Fino: 15/50/100/160/220 mA. o Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. • Faixa de tempo exposição de 1 ms a 6,3 s. • Variação da faixa de mAs: 0,1 a 630 mAs com 73 passos. • Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. • Comutação automática dos focos fino e grosso. • PDA - Medidor do Produto Dose x Área com indicação numérica da dose aplicada após cada exposição radiológica (µSv) podendo ser apresentada na forma unitária e acumulativa. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE: Pannel de operação do conjunto radiológico integrado ao sistema de imagem de forma nativa e que todas as indicações e seleções técnicas aplicadas na realização do exame sejam mostradas no monitor em conjunto com a imagem adquirida. Sistema de medição de dose aplicada no paciente (PDA) durante a exposição

radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição (µSv) e também a dose total aplicada em todo o exame e disponibilizada em DICOM. PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas com quatro tipos de pacientes, totalizando 1088 técnicas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Permite ao usuário a gravação de novas técnicas radiográficas. Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's, possibilitando o operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de Raios-x; Sistema de detecção automática de falhas com proteção eletrônica redundante através de alarme sonoro, visual que ativa o bloqueio da emissão Raios-x. Principais proteções: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Tempo de exposição acima do permitido. • Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). • Indicação digital dos parâmetros KV. mA. Tempo e mAs. ESTATIVA PORTA-TUBO - Modelo Chão-Teto: O modelo chão-teto proporciona movimentação suave e leve. A sua grande estabilidade evita vibrações prejudiciais a formação da imagem. • Movimentos: o Deslocamento horizontal guiado por trilhos, com dois eixos de fixação superior e inferior, permitindo deslocamento de 3,4 metros. o Deslocamento vertical: 160 cm. o Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm. o Distância foco/bucky mural: 0,9 a 5,6 m (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA ANEXA). A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. Prazo e Local de Entrega: Em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Solicitação de Compra. Prazo de Garantia: 2 (dois) anos de garantia plena do equipamento a contar a partir da data de instalação e 1 (um) ano de garantia plena para acessórios contra defeito fabricação, a contar da data certificação da Nota fiscal.

04.864.204/0001-21 CDK Não Não 1 R\$ 380.000,0000 R\$ 380.000,0000 12/10/2020 18:42:59
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE RAIOS -X LT

Marca: CDK

Fabricante: CDK IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA

Modelo / Versão: DIAFIX HF DR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO DIGITAL QUANTIDADE 01 UNIDADE MARCA CDK FABRICANTE - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA MODELO DIAFIX HF DIGITAL PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA 80119610007 EMPRESA CERTIFICADA ISSO 9001/2008 E ISSO 13485/2004 Equipamento fixo para radiologia em geral: Especificações técnicas: Gerador de alta frequência Gerador com tecnologia em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Alimentação 220/380V, 50/60Hz; trifásico Potência de 80kW; Compensação automática de rede +/- 10%; Proteção térmica do tubo de raios-X; Indicadores de auto diagnóstico para falhas do sistema; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs; Ajuste de kV de no mínimo 40kV a 150kV em passos de 1kV; Ajuste de mA de no mínimo 10mA a 630mA; Ajuste de mAs de no mínimo 0,1 – 630mAs; Tempo de exposição de 0,001s a 10 segundos; 534 técnicas programáveis; Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso Tubo De Raios X Tubo de raios-X de alta performance, unidade selada imersa em óleo isolante; Focos 0,6mm e 1,2mm; Rotação de 9000 RPM Capacidade térmica do ânodo de 300kHu; Capacidade térmica do conjunto emissor de 1250kHU. Filtração inerente de 0,9mm Al Coluna Porta Tubo Tipo chão-chão com deslocamento longitudinal de 300cm; Freios eletromagnéticos liberados através de botões; Rotação do tubo +/- 180°; Braço telescópico de 30cm; Goniômetro para indicação da angulação do tubo. Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 220cm de comprimento x 90cm de largura x 80cm altura Tampo flutuante com deslocamento transversal de +/- 30cm e longitudinal de +/- 50cm; Deslocamento do bucky 48cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusora fixa 10:1 152 linhas/pol. SID 100 a 180cm Trilhos para utilização de faixa de compressão; Bandeja para painel digital; Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Suporte de cassete lateral Suporte de parede (bucky mural) Deslocamento vertical de 150cm; Deslocamento do bucky do centro do receptor/grade desde o chão de 42cm a 167cm; Freio mecânico; Grade antidifusora fixa 10:1 152 linhas/pol. Bandeja para painel digital; Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente. SID 1,0m - 1,8m; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Colimador Luminoso Colimador manual; Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático; Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente. Par De Cabos De Alta Tensão Par de cabo de alta tensão de 150KV flexível com. DETECTOR DIGITAL - WIFI 01 detector digital - DR, WIFI 43x43cm. Comunicação DICOM, DICOM Print; distribuição de imagens através de PACS, HIS/RIS ou impressora; Lista de trabalho (worklist) para consulta de pacientes e armazenamento (Storage) para verificação da fila de trabalho do dispositivo de armazenamento; matriz de pixels 3072x3072 (9.4MP); Distância entre pixels (tamanho do pixel 139µm; Conversão A/D (profundidade de aquisição) 14bits; Monitor para visualização da imagem de 19" resolução 1280X1024 em LCD; Sistema DROC possibilita registrar emergência, inserir comentários editáveis, pré-visualizar a imagem radiografada, guardar procedimentos incompletos, girar ou inverter imagem, recortar imagem, ajuste e contraste e brilho, filtros diversos; exportação de imagens para gravar em CD/DVD; Pré-visualização após 4 segundos; Controle do gerador integrado ao console do sistema digital; PC processador One Intel i5-4590 (Quad Core 3.30GHz, 6MB), HD de 1TB com possibilidade de armazenamento de 25.000 imagens. Acompanha Impressora

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 380.000,0000	04.864.204/0001-21	13/10/2020 09:00:40:040
R\$ 274.250,0000	02.659.246/0001-03	13/10/2020 09:00:40:040
R\$ 274.188,2000	28.767.561/0001-30	13/10/2020 09:00:40:040
R\$ 274.000,0000	02.799.882/0001-22	13/10/2020 09:00:40:040
R\$ 249.900,0000	02.799.882/0001-22	13/10/2020 09:29:58:147
R\$ 269.000,0000	02.659.246/0001-03	13/10/2020 09:29:59:003
R\$ 272.500,0000	28.767.561/0001-30	13/10/2020 09:30:22:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2020 09:06:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	13/10/2020 09:29:12	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 274.000,0000 e R\$ 274.250,0000.

Encerrada Disputa Fechada	13/10/2020 09:34:13	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	13/10/2020 09:34:14	Item encerrado.
Aceite	13/10/2020 10:44:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 249.900,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 11:00:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 11:07:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Negociação de valor	13/10/2020 11:13:36	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 249.900,0000 e com valor negociado a R\$ 234.900,0000. Motivo: valor negociado com o fornecedor
Habilitado	13/10/2020 11:14:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22
Registro Intenção de Recurso	13/10/2020 11:18:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Prezada Pregoeira, bom dia. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora não atende integralmente as especificações técnicas, uma delas sendo o braço, motivos os quais
Intenção de Recurso Aceita	13/10/2020 13:36:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Aceitamos para analise.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	13/10/2020 11:18	13/10/2020 13:36	Aceito
Motivo Intenção: Prezada Pregoeira, bom dia. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora não atende integralmente as especificações técnicas, uma delas sendo o braço, motivos os quais iremos recorrer na peça recursal. Obrigada e ficamos à disposição!			
Motivo Aceite ou Recusa: Aceitamos para analise.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	13/10/2020 09:02:36	Prezados licitantes, bom dia
Pregoeiro	13/10/2020 09:02:48	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 35/2020. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:00	O modo de disputa será o modo "ABERTO E FECHADO". Neste modo os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:14	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:24	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:36	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:46	E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Pregoeiro	13/10/2020 09:03:55	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Pregoeiro	13/10/2020 09:06:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/10/2020 09:29:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 274.000,0000 e R\$ 274.250,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:12 do dia 13/10/2020.
Sistema	13/10/2020 09:34:14	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	13/10/2020 09:34:14	O item 1 está encerrado.

Sistema	13/10/2020 09:34:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	13/10/2020 09:38:10	Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e posteriormente aos documentos de Habilitação e Proposta inicial anexadas.
Pregoeiro	13/10/2020 09:38:19	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 13/10/2020 às 10:15 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Pregoeiro	13/10/2020 09:38:31	Peço que aguardem logados, visto que após encerrar a conferência dos documentos, estarei convocando para envio da PROPOSTA FINAL ATUALIZADA (item 11 do edital) cedendo o prazo de 02 (duas) horas para envio destas.
Pregoeiro	13/10/2020 10:16:23	peço que aguardem mais 15 minutos enquanto terminamos de conferir as especificações técnicas.
Pregoeiro	13/10/2020 10:32:57	Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	13/10/2020 10:33:17	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Sr. licitante, LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é possível redução no valor final proposta dos itens ganhos?
02.799.882/0001-22	13/10/2020 10:35:07	Bom dia
02.799.882/0001-22	13/10/2020 10:36:31	Podemos reduzir pra R\$249.000,00.
Pregoeiro	13/10/2020 10:41:45	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Vossa empresa assinou Contrato com município vizinho, na data de 19/08, no valor de R\$228.800,00 para o mesmo objeto. É possível chegar neste mesmo valor ?
02.799.882/0001-22	13/10/2020 10:44:13	Só um minuto, preciso consultar a diretoria.
Pregoeiro	13/10/2020 10:49:32	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ok
02.799.882/0001-22	13/10/2020 10:54:51	Não conseguimos reduzir tanto o valor devido a algumas alterações no cenário econômico sofridas desde aquela época. Podemos chegar hoje no valor de R\$ 234.900,00.
Pregoeiro	13/10/2020 10:59:12	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ok
Pregoeiro	13/10/2020 10:59:32	A empresa convocada possui 02 (duas) horas úteis para envio da proposta ajustada,
Pregoeiro	13/10/2020 10:59:45	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br
Pregoeiro	13/10/2020 10:59:58	Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital.
Sistema	13/10/2020 11:00:14	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/10/2020 11:07:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/10/2020 11:14:45	Portanto, às 11:15 horas de hoje – dia 01/10/2020 – será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Sistema	13/10/2020 11:14:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/10/2020 11:15:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2020 às 11:45:00.
Pregoeiro	13/10/2020 11:15:38	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS 11:45 HORAS de hoje – dia 13/10/2020.
Pregoeiro	13/10/2020 11:16:07	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	13/10/2020 11:16:16	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br, telefone: (46) 3555-8119 – Pregoeira Carla Sabrina Rech Malinski.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	13/10/2020 11:14:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	13/10/2020 11:15:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2020 às 11:45:00.

Data limite para registro de recurso: 16/10/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 21/10/2020.

Data limite para registro de decisão: 28/10/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:42 horas do dia 13 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro Oficial

CEZAR AUGUSTO SOARES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

